

Véronique Bergognoux-Fojtik, PhD

Oddělení molekulární biologie

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Šlechtitelů 27

78371 Olomouc

V Praze 10. prosince 2020

Zpráva: Posouzení stavu přístroje


Typ přístroje: **ViiA 7 Real-time PCR systém**
Výrobní číslo: **S/N 278880910**
Inventární číslo: **3186254**
Výrobce: **AppliedBiosystems /Thermo Fisher Scientific**

Vyjádření: Na základě provedené kontroly přístroje bylo servisním technikem zjištěno nadměrné opotřebení jednotlivých součástí přístroje a jeho subsystémů. Vzhledem ke stáří přístroje (instalován roku 2012) a nutnosti dalších oprav se provoz tohoto přístroje stává nerentabilním.

Doporučení: Společnost Life Technologies Czech Republic, s.r.o., jako výhradní zastoupení výrobce uvedeného přístroje pro Českou republiku, doporučuje **vyřazení přístroje z provozu**. Dle našeho názoru investice do případných oprav dalece převyšují jejich návratnost.

Tento dokument byl vytvořen na základě žádosti zákazníka.

Za společnost Life Technologies Czech Republic s.r.o.


RNDr. **Ondřej Holeňa**, prokurista společnosti